

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego Nr 3/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG /SARCO: *Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy*, umieszczam odpowiedź na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 23.01.2019 r. do godz. 15:00:

**1. Pakiet 1, Część 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie do innego pakietu poz. 4, 5, 6, 8, 12 i 13?**

Niestety nie możemy zgodzić się na wydzielenie wymienionych wyżej pozycji z Części 7. Preferujemy podpisywanie umowy z jednym dostawcą oferującym produkty z całej kategorii, do której zostały przypisane odpowiednie pozycje.

**2. Pakiet 1, Część 5, pozycja 3 i 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na benzen deuterowany D6 99,5% zamiast 99,6%? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wodę deuterowaną D2 99,9% zamiast 99,8?**

Zamawiający wyraża zgodę na benzen deuterowany D6 99,5% zamiast 99,6% oraz wodę deuterowaną D2 99,9% zamiast 99,8%.

**3. Pakiet 2, Część 2, pozycja 4. prosimy o podanie wymiaru arkuszy.**

Arkusze płytek TLC podane w zapytaniu mają mieć wymiar 200x200mm.

**4. Pakiet 2, Część 6, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na benzen deuterowany D6 99,5% zamiast 99,6%?**

Zamawiający nie wyraża zgody na benzen deuterowany D6 99,5% zamiast 99,6%.

**5. Pakiet 3, Część 7, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na benzen deuterowany D6 99,5% zamiast 99,6%?**

Zamawiający wyraża zgodę na benzen deuterowany D6 99,5% zamiast 99,6%.

**6. Pakiet 3, Część 8, pozycje 26 oraz 27. Czy zgadzacie się Państwo na zaproponowanie czystości odczynników zaproponowanych w załączniku (pozycja 26 – 97,5%, pozycja 27 – 30-34%NH3). Jeśli nie, uprzejmie proszę o wskazanie numerów referencyjnych aktualnie używanych produktów.**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie odczynników o niższej czystości niż zostało to podane w Załączniku do Ogłoszenia o konkursie.

Specyfikacje spełniają np. produkty Merck 5.43835.0100 oraz Merck 1.59504.0250.

**7. Pakiet 3, Część 9, pozycja 4. prosimy o podanie wymiaru arkuszy**

Arkusze płytek TLC podane w zapytaniu mają mieć wymiar 200x200mm.

Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 3/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/SARCO zostaną umieszczone na stronie <https://oncoarendi.com/pl/> oraz w Bazie Konkurencyjności. Termin składania ofert na postępowanie konkursowe 3/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG /SARCO zostaje bez zmian tj. do 25.01.2017 r.