

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego

Nr 47/2020 – SARCO

„Zaopatrzenie laboratorium chemicznego Development w Warszawie w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

zamieszczamy odpowiedzi na niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie pytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. 09.09.2020 do godziny 15.00

Pytanie:

- 1) Część 7. Poz.1 i 2 – Proszę o podanie jakiego typu złoza marki Thermo Scientific Państwo oczekują w Części 7: 1. Thermo Scientific C18, 2.1 x 100 mm, 5 μ m lub równoważny 2. Thermo Scientific C18, 2.1 x 100 mm, 3 μ m lub równoważny

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli produkty o numerach katalogowych Thermo Scientific 97105-102130 oraz Thermo Scientific 97103-102130 lub równoważne.

Zamawiający otrzymał również prośbę o przestanie wzoru umowy. W celu zachowania uczciwej konkurencji, Zamawiający zamieszcza udostępniony wzór umowy.

Wyżej wymieniona odpowiedź do zapytania ofertowego 47/2020 – SARCO oraz wzór umowy zostaną umieszczone na stronie www.oncoarendi.com

Termin na składanie ofert do zapytania 47/2020 – SARCO pozostaje bez zmian, tj. do 11.09.2020