

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 32/2017 – YKL-40

I. ZAMAWIAJĄCY:

<p>OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248</p>	<p>Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Część 1 i 2: dr Elżbieta Pluta E-mail: e.pluta@oncoarendi.com Tel.: +48 723 786 908</p> <p>Część 3: dr Magdalena Tyszkiewicz E-Mail: m.woznica@oncoarendi.com Tel.: +48 500 799 497</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa dwóch pomp olejowych (jedna z bubblerem) oraz liofilizatora z pompą do laboratorium warszawskiego.

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:

- **YKL-40:** „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.

- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,
 - dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO).

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2)

- IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

- IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 42513100-6 (urządzenia mrożące), 42122100-1 (pompy cieczowe), 14820000-5 (szkło)


Część 1: Dostawa Liofilizatora z pompą.

Lp.	Parametry wymagane
1.	Wersja stołowa, odporna chemicznie
2.	Pojemność kondensatora lodu 2.5 kg
3.	Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h
4.	Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 55°C
5.	Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0.1°C
6.	Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym
7.	Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu -całkowitego czasu trwania procesu -czasu przebiegu poszczególnych faz procesu -próżni -temperatury parowania w funkcji próżni -temperatury kondensatora lodu
8.	Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu
9.	Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji.
10.	Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: - czasu wstępnego grzania pompy próżniowej - czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu
11.	Język obsługi i programowania: polski
12.	Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. Wymagane alarmy: - Przerwa w zasilaniu - Za wysoka temperatura kondensatora lodu - Nieszczelność w układzie
13.	System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem
14.	Wyposażenie: Manifold z 8 zaworami gumowymi odpornymi chemicznie Pokrywa szklana Zawór elektromagnetyczny do regulacji ciśnienia Czujnik próżni montowany na zewnątrz urządzenia Naczynia do liofilizacji: 150 ml – przynajmniej 2 szt., 300 ml – przynajmniej 2 szt.
15.	Pompa próżniowa odporna chemicznie: dwustopniowa, hybrydowa olejowo-membranowa ze wskaźnikiem próżni
16.	Wydajność pompy próżniowej minimum 5,9 m ³ /h Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10 ⁻³ mbara
17.	Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora
18.	Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 750 mm
19.	Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz
20.	Bezpośrednia autoryzacja oferenta przez producenta na instalację, uruchomienie, serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne oferowanego sprzętu dołączona do oferty
21.	Serwis Gwarancyjny*

Część 2: Dostawa pompy olejowej z bubblerem

Lp	Parametr	Wartość
1.	Osiągane ciśnienie końcowe:	Mniejsze lub równe 5×10^{-4} mbar
2.	Osiągane ciśnienie z balastem gazowym:	Mniejsze lub równe 1×10^{-2} mbar
3.	Szybkość pompowania przy 50Hz:	Co najmniej $5 \text{ m}^3/\text{godz}$
4.	Maksymalna masa własna	26 kg
5.	Zasilanie:	230V, 50 Hz
6.	Wymagane Akcesoria:	<p>Filtry mgły olejowej pasujący do pompy (wraz z odpowiednimi elementami łączącymi jak: trójnik ze stali nierdzewnej)</p> <p>Adaptery do podłączenia węży elastycznych po stronie wlotowej i wylotowej (jeżeli są wymagane) pompy wraz z elementami łączącymi ze stali nierdzewnej o średnicy 8 - 15 mm</p> <p>Zawór próżniowy kątowy na wejściu do pompy sterowany ręcznie, ze stali nierdzewnej</p> <p>Olej pasujący do pompy (w ilości wystarczającej do napełnienia 4 pomp)</p>
7.	Miernik próżni	<p>Zakres pomiarowy od 5×10^{-4} do 1000mbar lub szerszy</p> <p>Błąd pomiaru nie większy niż 10% w zakresie 1×10^{-2} do 10 mbar</p> <p>Adapter do podłączenia węży jeżeli są wymagane</p>
8.	Serwis gwarancyjny*	

Bubbler ze szlifem NS 14/23 z zaworem zwrotnym, nie gorszy niż ten z katalogu Rettberg o numerze katalogowym 107000090 (rysunek 1)



Zawór nadciśnienia ze szlifem NS14/23 (otwór wlotowy gazu) i otworem 3 mm z boku (otwór wylotowy gazu).

Sprężyna dociskowa o regulowanej sile.

Przegub kulowy zaworu, wypełniony olejem mineralnym w celu zapewnienia uszczelnienia.

Sprężyna dociskowa regulowana. Otwarcie zaworu przy maksymalnym ciśnieniu nie przekraczającym 0,1 bara.

Zawór zwrotny pozwalający na używanie urządzenia pod zmniejszonym ciśnieniem.

Urządzenie wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3

Rysunek 1: Bubbler z zaworem zwrotnym

Część 3: Dostawa pompy olejowej

Lp.	Parametry	Wartość
1.	Osiągane ciśnienie końcowe:	Mniejsze lub równe 2×10^{-3} mbar
2.	Osiągane ciśnienie z balastem gazowym:	Mniejsze lub równe 3×10^{-2} mbar
3.	Szybkość pompowania przy 50Hz:	Co najmniej $5 \text{ m}^3/\text{godz}$
4.	Zasilanie:	230V, 50 Hz
5.	Maksymalna prędkość pompowania przy 50Hz:	Co najmniej $5.5 \text{ m}^3/\text{h}$
6.	Maksymalna objętość oleju:	Maksymalnie 0.75 L
7.	Szybkość obrotów silnika:	Maksymalnie 2000 RPM
8.	Wyposażenie dodatkowe:	Filtr mgły olejowej pasujący do pompy (wraz z odpowiednimi elementami łączącymi) Adaptory do podłączenia węży elastycznych po stronie wylotowej pompy wraz z elementami łączącymi o średnicy 8 mm Olej Pasujący do pompy (w ilości wystarczającej do napełnienia 4 pomp)
9.	Serwis gwarancyjny*	

Serwis gwarancyjny: W razie awarii urządzenia, wykonawcy zobowiązani są do naprawy sprzętu i dostarczenia go do i z miejsca serwisu na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni od momentu zgłoszenia awarii. Czas reakcji serwisu na awarię, liczony jako obecność serwisu u zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze. W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tej samej części maszyny, nabywca/kupujący żąda wymiany tej części na nową.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

VI.1 Cena – waga: 80% (80 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = P_c = \frac{C_{\min}}{C_{\text{badana}}} \times 80\text{pkt}$$

gdzie:

P_c - punkty w kryterium ceny

C_{\min} - cena netto najniższa

C_{badana} - cena netto badanej oferty

80 - waga kryterium (80%)

VI.2 Okres gwarancji – waga: 20% (20pkt)

W kryterium okres gwarancji punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

20 punktów – gdy okres gwarancji będzie wynosił 36 miesięcy od momentu dostawy

15 punktów – gdy okres gwarancji będzie wynosił 30 miesięcy od momentu dostawy

10 punktów - gdy okres gwarancji będzie wynosił 24 miesiące od momentu dostawy

5 punktów - gdy okres gwarancji będzie wynosił 18 miesięcy od momentu dostawy

0 punktów - gdy okres gwarancji będzie wynosił 12 i mniej miesięcy od momentu dostawy

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

VII.1. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy.

VII.2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.

VII.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.

- VII.4. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego **do dnia 06/06/2017 do godz.: 23:59.**
- VII.5. Oferty należy składać: przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: **m.irzylowski@oncoarendi.com**
- VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazane w punkcie VI.5 adres e-mail.
- VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- VII.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail (część 1 i 2: e.pluta@oncoarendi.com; część 3: m.woznica@oncoarendi.com) lub telefonicznie (część 1 i 2: +48 723 378 908; część 3: +48 500 799 497) do dnia 01/06/2017 do godz.: 16:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: dr Elżbieta Pluta dla części 1 i 2; dr Magdalena Tyszkiewicz dla części 3
- VII.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego).
- VII.10. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- VII.11. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).
- VII.12. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- VII.13. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- VII.14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- IX.1 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- IX.2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IX. 3 Informacje dotyczące kar umownych:

- a) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny ofertowej netto za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 5% ceny ofertowej netto za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni.
- b) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- c) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.
- d) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- e) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.