

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NR 65/2017 - ARG****I. ZAMAWIAJĄCY:**

OncoArendi Therapeutics SA ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248	Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marta Magdycz m.magdycz@oncoarendi.com tel. 503 631 341
---	--

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Jednorazowa dostawa spektrometru React IR pozwalającego na monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym in-situ wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla laboratorium chemicznego w Warszawie

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:

- **ARG** „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA:

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,
 - dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO).

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2).

IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

V.1 Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Warszawie w Spektrometr React IR pozwalający na monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym in-situ wraz z akcesoriami i oprogramowaniem.

Lp.	Nazwa	Ilość [sztuki]
1	<p>System IR pozwalający na monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym in-situ o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakres optyczny: od 4000 cm⁻¹ do 650 cm⁻¹; • Wszystkie zwilżane części sondy powinny być kompatybilne z typowymi odczynnikami organicznymi i rozpuszczalnikami bez użycia jakichkolwiek uszczelnień okrągłych lub lutowanych, a materiały konstrukcji sondy muszą być chemicznie obojętne, składające się tylko z Hastelloy C-22 i złota; • Sonda ATR musi być wykonana z diamentu; • Sonda ATR musi mieć więcej niż 3 odbicia, najlepiej 8 lub więcej dla najlepszej czułości; • Aparat musi być wyposażony w czujnik RTD (rezystancyjny czujnik temperatury) zintegrowany z końcówką sondy, aby automatycznie rejestrować temperaturę mieszaniny reakcyjnej przy każdym zebrany widmie; • Zakres pracy sondy ATR: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura obejmująca zakres od -80°C do 180°C, • Ciśnienie maksymalne nie niższe niż 65 bar; • Czujnik ATR powinien być zorientowany płasko wzdłuż końcówki sondy i nie wystawać, eliminując możliwość uszkodzenia czujnika; • Energia podczerwieni powinna być przekazywana do czujnika i wracana do interferometru za pomocą technologii światłowodowej z halogenkiem srebra; • Włókna powinny być umieszczone w przewodzie ochronnym, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia; 	1

Lp.	Nazwa	Ilość [sztuki]
	<ul style="list-style-type: none"> • Zespół światłowodu i sondy powinien być zaprojektowany tak, aby był w pełni zdemontowany, aby każdy uszkodzony element mógł być indywidualnie naprawiony i wymieniony; • System powinien być zaprojektowany tak, aby wytrzymać co najmniej 24-godzinny bez uzupełniania ciekłego azotu; • System powinien być mały i przenośny, aby można go było łatwo transportować w obrębie obiektu, waga nie więcej niż 10 kg; • Gaz oczyszczający nie powinien być wymagany do uzyskania optymalnej wydajności; • Zestaw powinien być wyposażony w cztery adaptory wykonane z PTFE lub szkła umożliwiające pracę w naczyniu reakcyjnym z minimum trzema z pięciu zaproponowanych szlifów: NS - 10, 14, 19, 24, 29. 	
2	<p>Oprogramowanie pozwalające na analizę danych zebranych przez spektrometr spełniające następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intuicyjny i łatwy w użyciu przy minimalnym szkoleniu (do wykorzystania jako narzędzie analizy reakcji w czasie rzeczywistym): <ul style="list-style-type: none"> • Kreator prowadzony metodą konfiguracji systemu analizy reakcji. • Kreator prowadzony metodą konfiguracji i zbierania danych reakcji. • Zautomatyzowane narzędzia do konwersji danych na informacje chemiczne; • Wszystkie funkcje analizy danych powinny być dostępne w czasie rzeczywistym, jak również w trybie po reakcji; • Rozdzielczość czasowa (czas między widmami) powinna być zmienna w czasie rzeczywistym, podczas pozyskiwania danych eksperymentalnych, aby czułość można było zoptymalizować w oparciu o kinetykę reakcji; • Funkcja automatycznego wykrywania pików na podstawie wewnętrznej bazy danych IR grup funkcyjnych; <ul style="list-style-type: none"> • Obróbki danych pomagające w interpretacji danych (np. Korekta linii podstawowej, odjęcie rozpuszczalnika i pierwsza, druga i trzecia pochodna); • Automatyczne wykonywanie dekonwolucji zestawów danych trójwymiarowych zapewniające profilowanie stężenia substancji wraz z ich obliczonymi widmami składowymi podczerwieni, aby dane mogły być interpretowane bez potrzeby specjalistycznej wiedzy; • Dynamiczne i automatyczne odejmowanie rozpuszczalnika w czasie rzeczywistym, aby skutecznie usunąć charakterystykę rozpuszczalnika z danych; • Zintegrowane oprogramowanie do analizy ilościowej dostępne z możliwością przewidywania absolutnego stężenia w czasie rzeczywistym; • Zautomatyzowany i w czasie rzeczywistym eksport danych spektralnych i profilu (stężenia) do określonej lokalizacji na lokalnej stacji roboczej lub do intranetu; • Łatwy eksport wszystkich elementów graficznych do typowych graficznych formatów danych (np. Bitmap, metaplik); • Łatwy eksport widm i trendów we wspólnym formacie danych do importowania do arkuszy kalkulacyjnych do dalszej analizy; • Możliwość importowania danych analitycznych off-line; • Łatwe generowanie raportów (najlepiej jednym przyciskiem); • Umowa serwisowa dotycząca oprogramowania zawierająca automatyczne aktualizacje przyszłych wersji oprogramowania; • Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 7 lub Windows. 	1
3	Komputer o parametrach umożliwiających pracę na zaproponowanym oprogramowaniu	1

Wymagania ogólne dla całego zestawu:

- Zestaw musi pochodzić od jednego wytwórcy, który powinien wytwarzać, serwisować i zapewniać wsparcie techniczne dla całego systemu analizy reakcji, w tym interferometru, technologii sond i oprogramowania;
- Gwarancja minimum 2 lata;
- Sprzedawca zapewnia instalację wraz ze szkoleniem aplikacyjnym (min. 8 godzin);
- Sprzedawca musi zapewnić dostęp do działu z pomocą techniczną, szczególnie w zakresie analizy reakcji, który jest dostępny do konsultacji bez dodatkowych kosztów na okres obowiązywania gwarancji.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

VI.1 Cena – waga: 90% (90 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$\text{Liczba punktów oferty badanej } P_c = \frac{C_{\min}}{C_{\text{badana}}} \times 90 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_c - punkty w kryterium ceny

C_{\min} - cena netto najniższa

C_{badana} - cena netto badanej oferty

90 – waga kryterium (90%)

VI.2 Czas dostawy – waga: 10% (10pkt)

W kryterium czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

10 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 4-5 tygodni od złożenia zamówienia

7 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 6-7 tygodni od złożenia zamówienia

5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 8-9 tygodni od złożenia zamówienia

3 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 10 tygodni od złożenia zamówienia

0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 10 tygodni od złożenia zamówienia

10 – waga kryterium (10 %)

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

VII.1. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy.

VII.2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.

VII.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.

VII.4. Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego **do dnia 15/12/2017 do godz.:23:59.**

VII.5. Oferty należy składać przysyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:

malgorzata.borkowska@oncoarendi.com

VII.6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.

VII.7. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres email oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

VII.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub telefonicznie pod nr tel. 503 631 341 do dnia 12/12/2017 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Marta Magdycz.

VII.9. Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres m.skrzek@oncoarendi.com lub telefonicznie pod nr tel. (22) 552 67 24 do dnia 12/12/2017 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Michał Skrzek.

VII.10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert).

VII.11. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.

VII.12. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

- VII.13. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- VII.14. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- VII.15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- IX.1. Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie
- IX.2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
- a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- IX.3. Informacje dotyczące kar umownych:
- a) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt VI.2.) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny ofertowej netto za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny ofertowej netto za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia do dnia 31 grudnia 2018 r.
 - b) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
 - c) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Dostawcy.

- d) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- e) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
- f) Kary umowne podlegają sumowaniu.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

- 1. Wzór formularza ofertowego.
- 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
- 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.