

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 37/2019 - IPF**I. ZAMAWIAJACY**

OncoArendi Therapeutics S. A. ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248	Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz Mąkowski e-mail: l.makolski@oncoarendi.com Tel. 572 572 888
--	--

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zestaw reaktorów szklanych wraz z wyposażeniem.

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:

- **IPF:** „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15).

współfinansowanych ze środków krajowych oraz ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

III. TRYB ZAMÓWIENIA

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

IV.1 Zaprośenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:

- A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- B) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
- C) dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO).

Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę (Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2).

IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia Dostawca załączy do oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zaprośenia.

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

V.I Zestaw reaktorów szklanych z wyposażeniem

Reaktory powinny umożliwić pracę w zakresie temperatur: od -75°C do 230°C (cały zestaw musi być dostosowany do jednej wielkości pokrywy)

Lp.	Nazwa	Objętość	Ilość
1	Reaktor szklany z podwójnym płaszczem (grzewczym i próżniowym) podłączenie do płaszcza DN 15 umożliwiające całkowite opróżnienie płaszcza z oleju.	1000 mL	1
2	Reaktor szklany z płaszczem grzewczym, podłączenie do płaszcza DN 15 umożliwiające całkowite opróżnienie płaszcza z oleju.	1000 mL	1
3	Reaktor szklany z płaszczem grzewczym, podłączenie do płaszcza DN 15 umożliwiające całkowite opróżnienie płaszcza z oleju.	2000 mL	1
4	Reaktor szklany z podwójnym płaszczem (grzewczym i próżniowym) podłączenie do płaszcza DN 15 umożliwiające całkowite opróżnienie płaszcza z oleju.	2000 mL	1
5	Reaktor szklany z płaszczem grzejnym oraz zaworem spustowym co najmniej 20 mm, podłączenie do płaszcza DN 15 umożliwiające całkowite opróżnienie płaszcza z oleju.	5000 mL	1
6	Reaktor szklany z płaszczem grzewczym oraz zaworem spustowym co najmniej 20 mm, podłączenie do płaszcza DN 15 umożliwiające całkowite opróżnienie płaszcza z oleju.	10000 mL	1
7	Pokrywa reaktora, kompatybilna z reaktorami każdej objętości, z 5 szyjami z czego co najmniej 2 NS29 oraz dwoma wyjściami do zamontowania łamaczy fal wraz z niezbędnymi o-ringami zapewniającymi szczelność reaktora z pokrywą		1
8	Pokrywa reaktora, kompatybilna z reaktorami każdej objętości, z 5 szyjami z czego co najmniej 2 NS29 wraz z niezbędnymi o-ringami zapewniającymi szczelność reaktora z pokrywą		1
9	Łamacze fal dopasowane do reaktorów o pojemności 5000 mL.		2
10	Łamacze fal dopasowane do reaktorów o pojemności 10000mL.		2
11	Uchwyt/klamra reaktora pozwalająca na wymianę reaktorów bez użycia narzędzi, przez jedną osobę, której konstrukcja uniemożliwia uszkodzenie kołnierza reaktora spowodowane zbyt mocnym ściśnięciem kołnierza reaktora,		1
12	Statyw do reaktora z: możliwością regulacji wysokości uchwytu/klamry w zależności od używanego reaktora, mocowaniem silnika, tacką ociekową pod reaktorem		1
13	Mocowany do statywu moduł pozwalający na szybkie i czyste opróżnienie płaszcza i węży z oleju.		1
14	Zestaw prowadnic wałów mieszadeł dopasowany do ich średnicy oraz gniazda w pokrywie reaktora		2
15	Zestaw uszczelek dostosowany do pracy w podwyższonych temperaturach		1
16	Zestaw uszczelek dostosowany do pracy w obniżonych temperaturach		1
17	Zestaw izolowanych węży (2) o długości 3m do łączenia chillera z reaktorem wyposażonych w szybkozłączka umożliwiające szybkie oraz „suche” ich podłączanie i odłączanie do reaktora.		1
18	Zestaw izolowanych węży (2) krótkich do łączenia termocyklera z reaktorem wyposażonych w szybkozłączka umożliwiające szybkie oraz „suche” ich podłączanie i odłączanie do reaktora		1

19	Mieszadło mechaniczne o parametrach nie gorszych niż: - regulowana prędkość mieszania w zakresie 60 – 1600 rpm - moment obrotowy nie mniejszy niż 50 Ncm - elektroniczna kontrola prędkości mieszania - wyświetlacz cyfrowy (inf. o prędkości mieszania aktualnej) - automatyczna ochrona przed przegrzaniem		1
20	- Wał mieszadła z końcówką typu łopatkowego pochylonego pod kątem 45° o średnicy 60 mm. - Wał mieszadła z końcówką typu łopatkowego pochylonego pod kątem 45° o średnicy 90 mm Wał mieszadła z końcówką typu łopatkowego pochylonego pod kątem 45° o średnicy 100 mm Wał mieszadła z końcówką typu śmigło, pochylonego pod kątem 45° o średnicy 60 mm. Wał mieszadła z końcówką typu śmigło, pochylonego pod kątem 45° o średnicy 100 mm.		1 1 1 1 1
21	Pompa infuzyjna strzykawkowa wyposażona w dwie strzykawki 2,5 ml, dwa czterowlotowe zawory, mogąca pracować w trybie ciągłym kompatybilna z pH-metrem wraz z zestawem ferrul oraz przewodów z PTFE niezbędnych do połączenia pompy z rektorem i dozownikami.		1
22	Miernik pH kompatybilny z pompą infuzyjną pozwalający na regulację tempa dozowania reagentów w zależności od zmierzonych parametrów.		1
23	Termopara pokryta PTFE 400mm x 80mm z podłączeniem LEMO oraz torionem pasującym do szlifu NS19		1
24	Termopara pokryta PTFE 600mm x 90mm z podłączeniem LEMO oraz torionem pasującym do szlifu NS19		1
25	Olej do chillera firmy Huber M90.055/170.03		5l
26	Olej do termocyklera firmy Huber P20.275.50		5l

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

VI.1 Cena – Waga: 80% (80 pkt)

- A) W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$Pc = \frac{C_{min}}{C_{badana}} \times 80$$

Pc – Punkty w kryterium ceny

C_{min} – cena netto najniższa

C_{badana} – Cena netto badanej oferty

80 – waga kryterium (80%)

VI.2 czas płatności faktury – Waga: 20% (20 pkt)

W kryterium czas płatności faktury punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

20 punktów – gdy płatność zostanie ustalona na 30 dni od daty dostarczenia faktury

- 15 punktów – gdy płatność zostanie ustalona na 21-29 dni od daty dostarczenia faktury
- 10 punktów - gdy płatność zostanie ustalona na 14-20 dni od daty dostarczenia faktury
- 5 punktów - gdy płatność zostanie ustalona na 7-13 dni od daty dostarczenia faktury
- 0 punktów - gdy płatność zostanie ustalona na poniżej 6 dni od daty dostarczenia faktury
- 20 – waga kryterium (20 %)

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów, wybrany zostanie usługodawca posiadający certyfikaty środowiskowe (np. ISO), gwarantujące realizację zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- VII.1 Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy.
- VII.2 Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
- VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
- VII.4 Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia **10/05/2019 do godz.: 23:59**.
- VII.5 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: l.makolski@oncoarendi.com
- VII.6 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.
- VII.7 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub telefonicznie pod nr tel. 575 572 888 do dnia 08/05/2019 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Łukasz Mąkowski.
- VII.9 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres m.skrzek@oncoarendi.com lub telefonicznie pod nr tel. (22) 552 67 24 do dnia 08.05.2019 do godz.: 15:00.
- VII.10 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie ofert).
- VII.11 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- VII.12 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. Zm.).

- VII.13 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
- VII.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- VII.15 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com) oraz w Bazie Konkurencyjności.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- IX.1 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- IX.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
- A) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- IX.3 Informacje dotyczące kar umownych:
- A) W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt. VI.2.) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5%

ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia do dnia 31 grudnia 2020.

- B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia dostawcy.
- D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
- F) Kary umowne podlegają sumowaniu

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

- A) Wzór formularza ofertowego
- B) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. zaproszenia.
- C) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
- D) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO