

W związku z pojawieniem się pytania do postępowania konkursowego

Nr 87/2019 – YKL-40/DUBs:

Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

umieszczamy odpowiedź na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 02.12.2019 r. do godz. 15:00:

1. Część 3. Pozycja 1

Pytanie: Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w części 3 w punkcie 1 (dla wypełnienia glin neutralny) kolumniek Flash o pojemności 5 ml (format kolumnieki F0004) lub 19 ml (format kolumnieki F0012)?

Odpowiedź: Zamawiający postanowił dopuścić do postępowania konkursowego w części 3, pozycja 1 kartridże o pojemności 5 ml (F0004).

Wyżej wymieniona odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 87/2019 – YKL-40/DUBs zostanie umieszczona na stronie <https://oncoarendi.com/pl/> oraz w Bazie Konkurencyjności.

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 87/2019 – YKL-40/DUBs pozostaje bez zmian tj. do 04.12.2019.