

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego:

**Nr 19/2020-DUBs:**

*Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek wg załączonej specyfikacji,*

zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie zapytań w zakresie przedmiotu i formalnych zapisów zamówienia tj. do dnia 31/03/2020r. do godz. 15:00:

**Pytania w zakresie przedmiotu zamówienia:**

- 1) Czy zamawiający dopuści urządzenie gdzie slajdy pomiarowe wprowadzane są z przodu urządzenia? Jest to praktyczne rozwiązanie, poręczne i nie ma wpływu na jakość pomiaru.
- 2) Czy zamawiający dopuści urządzenie wykonujące pomiar z fluorescencją czy bez w 10 sekund?
- 3) Czy zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające definiowanie średniej wielkości liczonych komórek w zakresie 7–60  $\mu\text{m}$ .
- 4) Czy zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji TAG
- 5) Czy zamawiający dopuści urządzenie bez pamięci wewnętrznej.

**Odpowiedzi:**

- 1) Zamawiający wyraża zgodę. Dopuszczamy zaproponowanie urządzenia, w którym slajdy pomiarowe wprowadzane są z przodu.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.