

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 19/2020-DUBs****I. ZAMAWIAJĄCY**

<b>OncoArendi Therapeutics S. A.</b> ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa NIP: 728 27 89 248	<b>Osoba do kontaktu z Dostawcami:</b> <b>Paula Chmielewska</b> <b>e-mail: <a href="mailto:p.chmielewska@oncoarendi.com">p.chmielewska@oncoarendi.com</a></b> <b>tel.: 798 352 548</b>
--	---

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

*Jednorazowy zakup Automatycznego Licznika i Analizatora Komórek wg załączonej specyfikacji.*

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:

– **DUBs:** „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności.

**III. TRYB ZAMÓWIENIA**

- III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
- III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
- III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
- III.4 W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
- III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany mogą wpłynąć na treść ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej, w Bazie Konkurencyjności oraz drogą mailową wszystkich Dostawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert lub którzy złożyli już swoje oferty.
- III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia umowy.
- III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.

#### **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:

- A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- B) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
- C) dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

W celu oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga aby Dostawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, a w szczególności istotnych warunków zamówienia.

#### **V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kod CPV:** 38550000-5 Liczniki

**Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia

**Specyfikacja:**

<b>Składowa:</b>	<b>Obszar:</b>	<b>Opis cech wymaganych:</b>
<b>Ogólne:</b>		Dostawa sprzętu do siedziby kupującego (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101) wraz z wniesieniem i instalacją.
		Gwarancja – minimum 12 miesięcy
		Serwis – autoryzowany gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
<b>Automatyczny licznik komórek:</b>	<b>Stan:</b>	Sprzęt nowy, nieużywany
	<b>Rozmiar:</b>	Wielkość nie może przekroczyć 35 x 35 x 35 cm (szerokość x głębokość x wysokość)
	<b>Metoda Pomiaru:</b>	Pomiar gęstości komórek dokonywany w dedykowanych slajdach pomiarowych wprowadzanych do komory pomiarowej licznika umieszczonej z boku urządzenia.
		Dostępność slajdów wielokrotnego użytku
	<b>Szybkość liczenia komórek:</b>	Czas pomiaru liczby komórek w trybie światła przechodzącego nie dłuższy niż 7s
		Czas pomiaru liczby komórek w trybie fluorescencyjnym nie dłuższy niż 30s
	<b>Zakres liczenia komórek:</b>	Dokładny pomiar liczby komórek w zawiesinie o gęstości $5 \times 10^4 - 1 \times 10^7$ komórek/ml
	<b>Objętość próbki do analizy:</b>	Maksymalna objętość próbki do analizy to 10 $\mu$ L
	<b>Detekcja:</b>	Instrument musi posiadać możliwość pomiaru liczby komórek w świetle przechodzącym
		Instrument musi posiadać możliwość pomiaru liczby komórek z zastosowaniem dwukolorowego znakowania fluorescencyjnego
		Instrument musi posiadać możliwość pomiaru liczby komórek transfekowanych GFP i RFP
		Instrument musi posiadać możliwość niezależnego zliczania całkowitej liczby komórek, ilości komórek żywych i komórek martwych w trybie światła przechodzącego z zastosowaniem barwnika błękit trypanu
		Instrument musi posiadać możliwość niezależnego zliczania całkowitej liczby komórek, ilości komórek żywych i komórek

		martwych w trybie fluorescencyjnym z zastosowaniem oranżu akrydyny oraz jodku propidyny
		Instrument musi posiadać możliwość niezależnej regulacji czasu ekspozycji dla każdego kanału fluorescencji
		Instrument musi posiadać możliwość liczenia komórek przylegających oraz możliwość definiowania klastrów komórkowych w %
		Licznik musi pozwalać na łatwe definiowanie średniej wielkości liczonych komórek w zakresie 1-90 um
		Instrument winien posiadać możliwość regulacji poziomu odcięcia tła fluorescencyjnego
	<b>Układ optyczny:</b>	Aparat musi być wyposażony w kamerę CMOS o rozdzielczości min. 5MP
		Jako źródło światła wzbudzającego fluorescencję, licznik musi posiadać lampę LED emitującą światło o długości fali 470 +/- 20nm
		Instrument winien posiadać wbudowany kołowy zmieniacz filtrów emisyjnych z dwoma filtrami emisji fluorescencji 530 +/- 25nm oraz 600 nm
		Licznik musi być wyposażony w lampę LED jako źródło światła do liczenia komórek w świetle przechodzącym
		Tor optyczny musi być wyposażony w lustro dichroiczne
<b>Stacja komputerowa:</b>	<b>Panel:</b>	Licznik musi posiadać wbudowany dotykowy, kolorowy ekran LCD pozwalający na sterowanie pracą urządzenia oraz monitorowanie i analizę uzyskiwanych wyników.
		Ekran LCD musi posiadać okienko nawigacji z możliwością podglądu obrazu w trybie rzeczywistym
	<b>Oprogramowanie:</b>	Czytnik musi mieć możliwość wczytywania i modyfikacji własnych protokołów pomiarowych
		Instrument winien posiadać możliwość własnego definiowania żywotności komórek w %
		Oprogramowanie musi uwzględniać parametr „współczynnik rozcieńczenia” do wyliczenia faktycznego stężenia komórek w próbce
		Oprogramowanie musi posiadać kalkulator rozcieńczeń z możliwością zdefiniowania przeliczania rozcieńczenia wszystkich komórek, komórek żywych lub tylko komórek martwych
		Oprogramowanie musi dawać możliwość prezentacji otrzymanych wyników w postaci histogramów

		Oprogramowanie musi umożliwiać bramkowanie na histogramach wielkości komórek z jednoczesnym przeliczaniem wyników.
		Oprogramowanie musi posiadać funkcję TAG umożliwiającą weryfikację procesu liczenia komórek
	<b>Transfer danych:</b>	Licznik musi umożliwiać podłączenie zewnętrznej drukarki do wydruków raportów liczenia komórek
		Czytnik musi mieć możliwość tworzenia i zapisywania danych w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz re-analizy wyników dla co najmniej 1000 zliczeń komórek
		Możliwość eksportu pełnych raportów w formacie PDF, CSV oraz zdjęć w formacie JPEG/TIF
		Licznik musi posiadać zewnętrzny port pamięci USB

Prosimy o dołączenie do oferty materiałów informacyjnych (np. karty katalogowe, ulotki, foldery) celem potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych urządzenia.

## VI. KRYTERIA OCENY OFERT

### VI.1 **Cena** – Waga: 90% (90 pkt)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$P_C = \frac{C_{min}}{C_{badana}} \times 90$$

$P_C$  – Punkty w kryterium ceny

$C_{min}$  – cena netto najniższa

$C_{badana}$  – Cena netto badanej oferty

90 – waga kryterium (90%)

### VI.2 **Kryterium ECO** – Waga: 10% (10 pkt)

W kryterium ECO punkty zostaną przyznane za określone w przez Dostawcę w Załączniku nr 1 zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną oferowanego urządzenia (w watach). Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

$$P_Z = \frac{Z_{min}}{Z_{badane}} \times 10$$

Pz – Punkty w kryterium zużycie energii

$Z_{\min}$  – najniższe zużycie energii (w watach) spośród ocenianych ofert

$Z_{\text{badana}}$  – Zużycie energii (w watach) zaproponowane w badanej ofercie

10 – waga kryterium (10%)

- VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- VII.1 Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.
- VII.2 Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
- VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
- VII.4 Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do dnia ~~03/04/2020 do godz.: 23:59~~ **08/04/2020 do godz.: 23:59.**
- VII.5 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: [p.chmielewska@oncoarendi.com](mailto:p.chmielewska@oncoarendi.com)
- VII.6 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail.
- VII.7 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
- VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub telefonicznie pod nr tel. 798 352 548 do dnia 31/03/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Paula Chmielewska
- VII.9 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres [k.kazimierzczak@oncoarendi.com](mailto:k.kazimierzczak@oncoarendi.com) do dnia 31/03/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Kinga Kazimierzczak
- VII.10 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie ofert).
- VII.11 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
- VII.12 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).
- VII.13 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Dostawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- VII.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
- VII.15 Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN), euro (EUR), funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD).

## VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego ([www.oncoarendi.com](http://www.oncoarendi.com)) oraz w Bazie Konkurencyjności.

## IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- IX.1 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i ofercie.
- IX.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
- A) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw/usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- IX.3 Informacje dotyczące kar umownych:
- A) W przypadku przekroczenia czasu realizacji zamówienia (~~wskazanego w pkt. V zaproszenia do składania ofert~~ **zaoferowanego przez Dostawcę w pkt. 11 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert**) o co najmniej 15 dni, Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w zwłoce za

każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do odstąpienia umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Prawo do odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2020.

- B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ofertowego netto.
- C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona do Dostawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia dostawcy.
- D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych.
- E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
- F) Kary umowne podlegają sumowaniu

#### **X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

- A) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego
- B) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. Zaprośzenia
- C) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
- D) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO